ALCARE

100.11.8

使用説明書

ご使用前に、必ずお読みください。

ユニボン採尿器

尿器部品

YUNIBON URINAL TOP FOR MALE

ユニボンのセット内容と各部の名称



ユニボンの装着方法



①採尿器を腰ベルトで上図のように腰部に固定します。

②ペニスを採尿器のゴム膜に挿入します。ゴム膜がフィットしない場合は右頁の交換のしかたにより貼り替えて下さい。
③股ベルト引っ掛け部を上図右のように止めボタンに止めます。
股ベルトの長さは足の太さに合わせて引っ掛け部で調節します。

④採尿器の先端の白い口具をはずし蓄尿袋の白い口具と接合させます。

⑤蓄尿袋は、アジャストバンドで大腿部に上図のように固定します。

⑥排尿の際は、口具カバーを裏がえしてから蓄尿袋の口具を上図の位置にゆるめて排尿します。

ゴム膜の補修と交換のしかた



①採尿器から交換又は破損したゴム膜をはがします。



②採尿器のAの部分と尿筒部の内側にかかるように接着剤を指で塗り込みます。



③ゴム膜の剥離紙のついてない面のBの部分に接着剤を塗ります。



④A・Bを乾かし、接着面が指につかなくなったら(約5分後)ゴム膜を貼り合わせ強く押し、約15分後に剥離紙を剥がします。





⑤尿筒の内側部の接着をよくするよう指で押えるようにしてください。このとき爪で傷をつけないように充分注意してください。

ユニボンの洗濯のしかた



①まず腰ベルト及び蓄尿袋を取り除き、採尿器だけにして洗います。洗濯は毎日すると長持ちします。

②中性洗剤をとかしたぬるま湯で洗います。特に尿筒部は爪をたてないようにていねいに洗ってください。



③尿筒の中に洗剤が残らないよう充分に水を流してください。



④乾かす際は直射日光や強い熱をさけ、折り曲げないようにしてください。直射日光にあたると、ベトついたり、破れやすくなる原因となります。



⑤口具から吊して陰干しにし、常温で乾燥してください。

⑥完全に乾燥してから、ベビーパウダー等を内側、外側に塗って保管してください。

注意事項

1 シンナー、アルコール等、薬剤には触れさせないようにしてください。本体のゴムを弱くする原因になります。

2 飲用している薬によってはゴムがベトベトになったり尿筒が黒くなることがあります。同様に水道水でも変色が起こることがあります。変色しても使用上問題ありません。

3 爪や硬いものにひっかけて傷つけないように取扱ってください。



4 直射日光や強い熱をさけて保管してください。直射日光にあてるとゴムが伸びやすくなったりベトベトしたり、やぶれやすくなる原因となります。



5 ゴムの劣化を防ぐため、曲げた状態での保管はお避けください（洗濯後の乾燥方法については「洗濯のしかた」をご覧ください）。



6 完全に乾いてからベビー・パウダー等を内側、外側に塗って保管してください。乾かさないで保管するとゴムとゴムが貼りつき使用時にすぐ使えません。

セット及び部品構成と規格

	セット及び部品名	商品コードNO.	規　格	入　数
セット	大人用 A－1	12761	採尿器 A……1 蓄尿袋 1号……1 ゴム膜 11㎜、12㎜、13㎜ 各1枚及び接着剤	1セット
別売部品	採尿器A	12781	ユニボン大人用	1コ
	ゴム管	12751	長さ1.5m（ゴム製）	1本
	蓄尿袋1号	12801	ゴム製　600㎖	1コ
	ゴム膜　11	12742	11㎜	10枚
	〃　12	12743	12㎜	10枚
	〃　13	12744	13㎜	10枚



アルケア株式会社　〒130—0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階

東京営業所／TEL：(03)5684-8078　北関東営業所／TEL：(048)663-8175　北陸営業所／TEL：(076)269-1521
東関東営業所／TEL：(047)433-2617　札幌営業所／TEL：(011)261-1721　大阪営業所／TEL：(06)6337-2985
西関東営業所／TEL：(042)548-7721　仙台営業所／TEL：(022)715-2733　広島営業所／TEL：(082)233-8777
南関東営業所／TEL：(045)472-7511　名古屋営業所／TEL：(052)222-3860　福岡営業所／TEL：(092)441-8372

96.10.29

ユニボン
取扱上のご注意

ユニボンは、特に失禁者を対象として機能訓練時の失禁処理や、動きのあまり大きくない方の日常生活用に開発されたベルト式男性用収尿器です。
使用説明書と合わせて熟読の上、本品の特性を十分ご理解してからご使用ください。

○ **本品は、ゴム製品です。**
極希にゴムが接触することにより、肌に皮膚炎を起こすことがあります。
ゴムアレルギーの方や肌の弱い方は、医師または保健婦と相談し適切な指導を受けてからご使用ください。また、本品の使用によって発疹・発赤・かぶれ・かゆみ等の症状があらわれた場合には、使用を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

ご使用前には

○ **ゴム膜は、最適なサイズをお選びください。**
ゴム膜のサイズが大きすぎると尿モレ、小さすぎるとペニスを傷つける原因となります。
収尿器には、12㎜のゴム膜がついています（大人用の場合）。初めてご使用の方は、このまま装着し、軽く引っ張ってください。すぐ抜けるようでしたら、小さいサイズに貼り替えてください。
また、装着後約15分で一度外し、皮膚の状態を観察してください。
うっ血しているようでしたら大きいサイズに替えてください。

○ **ゴム膜はハサミ等で切って使わないでください。**
ギザギザな切り口によって、ペニスを傷つけたり尿モレの原因となります。

○ **股ベルトは、締めすぎないでください。**
肌がスレて、傷つくことがあります。

ご使用中には

○ **１日１回必ず収尿器を外し、装着部全体を清拭してください。**
装着により発疹・発赤・かぶれ・かゆみ等の症状があらわれた場合、または傷が生じた場合は、装着を中止し、医師または薬剤師にご相談ください。

ご使用後には

○ **洗濯の際は、中性洗剤をとかしたぬるま湯で傷をつけないように洗ってください。**
傷をつけると尿モレの原因となります。

○ **乾燥は日陰干しとし、乾いたらベビーパウダーを全体に塗布してください。**

お取扱についてご不明な点は、下記宛までご連絡ください。
アルケア株式会社　マーケティング部
商品相談室
〒１１３　東京都文京区本郷３－４０－１０
フリーダイヤル　０１２０－７７０１７５